Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031120\
Data File : BN010204.D
Acq On : 11 Mar 2020 22:22
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 08:02:36 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 11 17:37:44 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	62	0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.474	-18.5	74	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.782	-95.5#	138	0.05
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.371	7.3	60	0.03
5	S	Phenol-d6	0.400	0.518	-29.5#	85	0.06
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.294	26.5#	48	0.05
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	80	0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.343	14.2	73	0.06
9		Naphthalene	0.400	0.392	2.0	81	0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.416	-4.0	83	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.321	19.8	66	0.03
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.309	22.8	64	0.04
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	63	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.440	-10.0	78	0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.406	-1.5	67	0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.390	2.5	69	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.405	-1.3	67	0.01
18		Fluorene	0.400	0.399	0.3	65	0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	61	0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.170	57.5#	37	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.415	-3.7	66	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.447	-11.7	72	0.02
23		Phenanthrene	0.400	0.367	8.3	61	0.01
24		Anthracene	0.400	0.368	8.0	62	0.02
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.395	1.3	65	0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.391	2.3	64	0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	62	0.01
28		Pyrene	0.400	0.408	-2.0	65	0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.433	-8.2	69	0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.333	16.8	58	0.01
31		Chrysene	0.400	0.444	-11.0	71	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.388	3.0	67	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.434	-8.5	67	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	67	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.356	11.0	65	0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	72	0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.403	-0.8	70	0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.369	7.8	66	0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.424	-6.0	75	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031120\
Data File : BN010204.D
Acq On : 11 Mar 2020 22:22
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 08:02:36 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 11 17:37:44 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0