Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN031720\
Data File : BN010231.D
Acq On : 17 Mar 2020 09:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 17 13:13:07 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.403	-0.8	100	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.311	22.3	93	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.326	18.5	83	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.326	18.5	81	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.399	0.3	109	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	101	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.394	1.5	100	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.400	0.0	100	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.438	-9.5	110	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.380	5.0	97	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.383	4.3	96	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	93	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.348	13.0	82	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.438	-9.5	100	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.346	13.5	81	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.388	3.0	91	0.00
18		Fluorene	0.400	0.395	1.3	92	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	98	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.418	-4.5	102	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.449	-12.2	109	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.331	17.3	88	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.408	-2.0	98	0.00
24		Anthracene	0.400	0.343	14.2	82	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.380	5.0	94	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.394	1.5	94	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	97	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.377	5.8	91	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.386	3.5	92	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.345	13.8	85	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.415	-3.7	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.201	49.8#	52	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.344	14.0	83	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	86	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.414	-3.5	90	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.422	-5.5	91	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.359	10.3	78	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.393	1.8	85	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.407	-1.7	88	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN031720\
Data File : BN010231.D
Acq On : 17 Mar 2020 09:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 17 13:13:07 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0