Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031720\
Data File : BN010247.D
Acq On : 18 Mar 2020 02:48
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 18 04:32:55 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	140	0.00
2		1,4-Dioxane	0.390	0.370	5.1	123	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.346	0.288	16.8	130	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.939	0.790	15.9	112	0.00
5	S	Phenol-d6	1.173	1.054	10.1	117	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.980	0.979	0.1	142	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	137	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.240	0.242	-0.8	139	-0.01
9		Naphthalene	1.002	1.005	-0.3	137	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.231	0.246	-6.5	147	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.661	0.629	4.8	133	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.720	0.698	3.1	133	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	127	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.143	0.138	3.5	125	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.424	1.569	-10.2	138	-0.01
16		Acenaphthylene	1.847	1.541	16.6	107	-0.01
17		Acenaphthene	1.120	1.131	-1.0	130	-0.01
18		Fluorene	1.527	1.492	2.3	125	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	129	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.230	0.235	-2.2	133	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.224	0.257	-14.7	147	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.069	0.065	5.8	133	-0.01
23		Phenanthrene	1.061	1.085	-2.3	130	-0.01
24		Anthracene	1.058	0.898	15.1	108	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.235	1.125	8.9	119	0.00
26		Fluoranthene	1.344	1.301	3.2	123	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	123	-0.01
28		Pyrene	1.336	1.286	3.7	118	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.912	0.908	0.4	120	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.360	1.212	10.9	111	-0.02
31		Chrysene	1.339	1.354	-1.1	125	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.579	0.302	47.8#	69	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.588	1.630	-2.6	125	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	127	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.230	1.153	6.3	119	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.243	1.226	1.4	125	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.161	0.927	20.2#	102	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.164	1.181	-1.5	129	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.163	1.119	3.8	122	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031720\
Data File : BN010247.D
Acq On : 18 Mar 2020 02:48
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 18 04:32:55 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1