Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031820\
Data File : BN010265.D
Acq On : 18 Mar 2020 16:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 19 01:19:30 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	122	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.395	1.3	111	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.374	6.5	127	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.337	15.8	97	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.336	16.0	95	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.400	0.0	124	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	116	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.406	-1.5	118	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.395	1.3	114	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.426	-6.5	124	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.384	4.0	113	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.386	3.5	112	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	108	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.366	8.5	100	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.437	-9.2	116	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.322	19.5	87	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	107	0.00
18		Fluorene	0.400	0.382	4.5	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	110	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.409	-2.2	112	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.452	-13.0	124	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.389	2.8	117	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.409	-2.2	110	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.334	16.5	90	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.373	6.8	104	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.386	3.5	104	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	105	0.00
28		Pyrene	0.400	0.383	4.3	101	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.396	1.0	102	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.358	10.5	95	-0.02
31		Chrysene	0.400	0.409	-2.2	108	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.224	44.0#	63	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.387	3.3	101	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	101	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	101	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.419	-4.7	106	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.352	12.0	89	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.405	-1.3	102	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.396	1.0	100	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031820\
Data File : BN010265.D
Acq On : 18 Mar 2020 16:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 19 01:19:30 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0