Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031820\
Data File : BN010281.D
Acq On : 19 Mar 2020 01:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 19 02:16:33 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	131	0.00
2		1,4-Dioxane	0.390	0.389	0.3	121	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.346	0.289	16.5	122	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.939	0.781	16.8	103	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.173	0.965	17.7	100	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.980	0.976	0.4	133	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	124	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.240	0.237	1.3	123	-0.01
9		Naphthalene	1.002	0.993	0.9	122	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.231	0.248	-7.4	133	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.661	0.631	4.5	120	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.720	0.689	4.3	118	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	113	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.143	0.135	5.6	108	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.424	1.587	-11.4	123	-0.01
16		Acenaphthylene	1.847	1.493	19.2	91	-0.01
17		Acenaphthene	1.120	1.112	0.7	112	-0.01
18		Fluorene	1.527	1.488	2.6	110	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	116	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.230	0.233	-1.3	117	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.224	0.252	-12.5	129	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.069	0.066	4.3	121	-0.01
23		Phenanthrene	1.061	1.069	-0.8	114	-0.01
24		Anthracene	1.058	0.872	17.6	93	-0.02
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.235	1.135	8.1	107	-0.02
26		Fluoranthene	1.344	1.289	4.1	109	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	113	-0.02
28		Pyrene	1.336	1.244	6.9	105	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.912	0.887	2.7	108	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.360	1.166	14.3	98	-0.02
31		Chrysene	1.339	1.383	-3.3	117	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.579	0.340	41.3#	71	-0.03
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.588	1.729	-8.9	121	-0.04
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	113	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.230	1.211	1.5	111	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.243	1.285	-3.4	116	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.161	1.030	11.3	100	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.164	1.271	-9.2	123	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.163	1.178	-1.3	114	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031820\
Data File : BN010281.D
Acq On : 19 Mar 2020 01:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 19 02:16:33 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 16 02:17:23 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0