Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031920\
Data File : BN010293.D
Acq On : 19 Mar 2020 18:02
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 20 01:24:03 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 19 15:26:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.376	0.402	-6.9	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.317	0.303	4.4	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.792	0.783	1.1	103	0.00
5	S	Phenol-d6	0.985	0.980	0.5	105	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.946	0.966	-2.1	103	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	102	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.256	0.248	3.1	103	0.00
9		Naphthalene	0.997	1.007	-1.0	102	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.242	0.246	-1.7	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.639	0.617	3.4	101	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.692	0.679	1.9	102	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.154	0.137	11.0	102	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.531	1.562	-2.0	102	0.00
16		Acenaphthylene	1.569	1.484	5.4	104	0.00
17		Acenaphthene	1.118	1.095	2.1	101	0.00
18		Fluorene	1.485	1.466	1.3	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.243	0.240	1.2	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.249	0.252	-1.2	102	0.00
22		Pentachlorophenol	0.085	0.074	12.9	101	0.00
23		Phenanthrene	1.099	1.095	0.4	102	0.00
24		Anthracene	0.940	0.887	5.6	101	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.206	1.160	3.8	101	0.00
26		Fluoranthene	1.347	1.327	1.5	103	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
28		Pyrene	1.245	1.200	3.6	102	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.864	0.851	1.5	104	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.274	1.244	2.4	107	0.00
31		Chrysene	1.366	1.355	0.8	104	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.430	0.405	5.8	111	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.463	1.692	-15.7	113	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	109	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.359	1.191	12.4	105	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.383	1.338	3.3	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.147	1.044	9.0	109	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.240	1.289	-4.0	113	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.248	1.193	4.4	110	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031920\
Data File : BN010293.D
Acq On : 19 Mar 2020 18:02
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 20 01:24:03 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 19 15:26:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0