Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031920\
Data File : BN010303.D
Acq On : 20 Mar 2020 00:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 20 01:25:54 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 19 15:26:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	112	0.00
2		1,4-Dioxane	0.376	0.379	-0.8	110	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.317	0.277	12.6	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.792	0.779	1.6	112	0.00
5	S	Phenol-d6	0.985	0.968	1.7	113	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.946	0.993	-5.0	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.256	0.248	3.1	114	0.00
9		Naphthalene	0.997	0.999	-0.2	113	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.242	0.246	-1.7	116	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.639	0.624	2.3	113	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.692	0.687	0.7	114	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	114	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.154	0.136	11.7	113	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.531	1.570	-2.5	115	0.00
16		Acenaphthylene	1.569	1.464	6.7	114	0.00
17		Acenaphthene	1.118	1.117	0.1	115	0.00
18		Fluorene	1.485	1.452	2.2	115	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.243	0.238	2.1	115	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.249	0.253	-1.6	117	0.00
22		Pentachlorophenol	0.085	0.070	17.6	111	0.00
23		Phenanthrene	1.099	1.084	1.4	115	0.00
24		Anthracene	0.940	0.882	6.2	115	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.206	1.163	3.6	116	0.00
26		Fluoranthene	1.347	1.327	1.5	118	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	121	0.00
28		Pyrene	1.245	1.200	3.6	118	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.864	0.852	1.4	120	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.274	1.240	2.7	123	-0.01
31		Chrysene	1.366	1.336	2.2	118	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.430	0.385	10.5	121	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.463	1.734	-18.5	134	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	126	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.359	1.196	12.0	122	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.383	1.357	1.9	127	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.147	1.025	10.6	124	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.240	1.291	-4.1	130	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.248	1.187	4.9	127	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031920\
Data File : BN010303.D
Acq On : 20 Mar 2020 00:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 20 01:25:54 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN031920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 19 15:26:45 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0