Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN032319\
Data File : BN004933.D
Acq On : 23 Mar 2019 22:36
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 24 02:13:56 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN032019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 20 16:06:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	0.455	0.500	-9.9	99	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.269	0.305	-13.4	111	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.087	1.336	-22.9	109	0.00
5	S	Phenol-d6	1.354	1.706	-26.0#	115	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.221	1.405	-15.1	107	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	90	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.265	0.321	-21.1	110	-0.03
9		Naphthalene	1.122	1.219	-8.6	97	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.219	-2.3	91	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.698	0.691	1.0	89	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.833	0.838	-0.6	90	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	77	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.276	0.298	-8.0	89	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.653	1.890	-14.3	87	-0.01
16		Acenaphthylene	2.060	2.205	-7.0	87	-0.01
17		Acenaphthene	1.349	1.428	-5.9	81	-0.01
18		Fluorene	1.883	1.862	1.1	75	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	70	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.261	0.265	-1.5	71	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.299	0.294	1.7	68	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.058	0.090	-55.2#	123	-0.01
23		Phenanthrene	1.292	1.350	-4.5	72	-0.01
24		Anthracene	1.154	1.214	-5.2	75	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.339	1.423	-6.3	75	-0.01
26		Fluoranthene	1.660	1.748	-5.3	73	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	76	-0.01
28		Pyrene	1.220	1.206	1.1	74	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.819	0.833	-1.7	76	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.312	1.387	-5.7	81	-0.02
31		Chrysene	1.382	1.431	-3.5	76	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.524	0.574	-9.5	90	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.999	2.649	-32.5#	97	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	94	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.447	1.350	6.7	86	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.424	1.297	8.9	87	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.327	1.320	0.5	94	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.537	1.586	-3.2	96	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.566	1.642	-4.9	97	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN032319\
Data File : BN004933.D
Acq On : 23 Mar 2019 22:36
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 24 02:13:56 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN032019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 20 16:06:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0