Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032323\
Data File : BN024538.D
Acq On : 24 Mar 2023 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 24 16:58:39 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN031323.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 24 03:05:57 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	125	0.00
2		1,4-Dioxane	0.435	0.427	1.8	117	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.638	0.672	-5.3	129	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.886	0.933	-5.3	132	0.00
5	S	Phenol-d6	1.138	1.143	-0.4	129	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.129	1.116	1.2	120	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	127	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.267	0.313	-17.2	157#	0.00
9		Naphthalene	1.017	1.023	-0.6	129	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.193	0.202	-4.7	132	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.492	0.488	0.8	129	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.687	0.672	2.2	128	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	125	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.204	0.165	19.1	111	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.511	1.496	1.0	125	0.00
16		Acenaphthylene	1.897	1.699	10.4	117	0.00
17		Acenaphthene	1.208	1.126	6.8	119	0.00
18		Fluorene	1.443	1.367	5.3	121	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	123	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.053	0.026	50.9#	75	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.238	0.218	8.4	117	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.292	0.274	6.2	118	0.00
23		Atrazine	0.151	0.135	10.6	124	0.00
24		Pentachlorophenol	0.136	0.087	36.0#	91	0.00
25		Phenanthrene	1.185	1.117	5.7	119	0.00
26		Anthracene	1.094	0.956	12.6	115	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.848	0.820	3.3	124	0.00
28		Fluoranthene	1.297	1.213	6.5	120	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	114	0.00
30		Pyrene	1.621	1.756	-8.3	122	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.674	0.682	-1.2	114	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.336	1.246	6.7	111	0.00
33		Chrysene	1.425	1.394	2.2	111	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.629	0.672	-6.8	132	0.00
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	109	0.01
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.498	1.402	6.4	107	0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.556	1.560	-0.3	116	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.605	1.477	8.0	106	0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	1.427	1.357	4.9	111	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.161	1.069	7.9	107	0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.354	1.296	4.3	110	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032323\
Data File : BN024538.D
Acq On : 24 Mar 2023 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 24 16:58:39 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN031323.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 24 03:05:57 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0