Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032323\
Data File : BN024538.D
Acq On : 24 Mar 2023 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 24 16:58:39 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN031323.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 24 03:05:57 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	125	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.393	1.8	117	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.422	-5.5	129	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.422	-5.5	132	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.402	-0.5	129	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.395	1.3	120	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	127	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.468	-17.0	157	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.402	-0.5	129	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.418	-4.5	132	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.397	0.8	129	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.391	2.3	128	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	125	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.323	19.3	111	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.396	1.0	125	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.358	10.5	117	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.373	6.8	119	0.00
18		Fluorene	0.400	0.379	5.3	121	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	123	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.317	20.8	75	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.367	8.3	117	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.376	6.0	118	0.00
23		Atrazine	0.400	0.357	10.8	124	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.324	19.0	91	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.377	5.8	119	0.00
26		Anthracene	0.400	0.349	12.8	115	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.387	3.3	124	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.374	6.5	120	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	114	0.00
30		Pyrene	0.400	0.433	-8.2	122	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.405	-1.3	114	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.373	6.8	111	0.00
33		Chrysene	0.400	0.391	2.3	111	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.427	-6.7	132	0.00
35	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	109	0.01
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.375	6.3	107	0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.401	-0.3	116	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.368	8.0	106	0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.381	4.8	111	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.368	8.0	107	0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.383	4.3	110	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032323\
Data File : BN024538.D
Acq On : 24 Mar 2023 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 24 16:58:39 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN031323.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 24 03:05:57 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0