Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN051420\
Data File : BN010721.D
Acq On : 14 May 2020 20:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 15 01:52:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN051320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 13 14:18:48 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	113	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.417	-4.2	124	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.379	5.3	114	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.429	-7.2	122	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.426	-6.5	123	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.387	3.3	105	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	108	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.397	0.8	110	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.395	1.3	108	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.404	-1.0	108	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.386	3.5	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	107	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	106	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.389	2.8	116	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.405	-1.3	106	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.378	5.5	106	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.401	-0.3	106	0.00
18		Fluorene	0.400	0.394	1.5	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	109	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.388	3.0	106	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	107	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.363	9.3	114	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.390	2.5	110	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.378	5.5	111	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.388	3.0	114	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.387	3.3	113	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	119	0.00
28		Pyrene	0.400	0.393	1.8	114	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.406	-1.5	119	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.388	3.0	124	0.00
31		Chrysene	0.400	0.401	-0.3	118	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.395	1.3	125	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.413	-3.2	130	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	123	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.384	4.0	125	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.407	-1.7	129	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.392	2.0	124	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.400	0.0	134	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.377	5.8	122	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN051420\
Data File : BN010721.D
Acq On : 14 May 2020 20:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: May 15 01:52:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN051320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 13 14:18:48 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0