Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN061220\
Data File : BN010840.D
Acq On : 12 Jun 2020 09:14
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 12 11:12:49 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN061020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 12 11:11:17 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	176	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.426	-6.5	179	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.395	1.3	198	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.551	-37.8#	237	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.558	-39.5#	246	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.495	-23.7	218	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	194	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.417	-4.2	195	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.423	-5.7	196	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.392	2.0	177	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.458	-14.5	212	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.429	-7.2	203	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	201	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.445	-11.2	231	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.409	-2.2	193	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.434	-8.5	216	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.421	-5.2	204	0.00
18		Fluorene	0.400	0.416	-4.0	204	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	202	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.388	3.0	191	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.417	-4.2	200	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.461	-15.3	240	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.426	-6.5	210	0.00
24		Anthracene	0.400	0.441	-10.2	224	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.480	-20.0	239	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.446	-11.5	225	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	233	0.00
28		Pyrene	0.400	0.418	-4.5	234	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.410	-2.5	228	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.457	-14.2	268	0.01
31		Chrysene	0.400	0.419	-4.7	225	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.596	-49.0#	355	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.429	-7.2	239	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	265	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.385	3.8	246	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.369	7.8	232	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.412	-3.0	272	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.370	7.5	241	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.360	10.0	224	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN061220\
Data File : BN010840.D
Acq On : 12 Jun 2020 09:14
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 12 11:12:49 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN061020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 12 11:11:17 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0