Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062220\
Data File : BN011018.D
Acq On : 22 Jun 2020 20:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 23 06:27:04 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN061020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 22 12:02:11 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	137	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.493	-23.2	162	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.483	-20.7	188	-0.03
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.543	-35.8#	182	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.560	-40.0#	192	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.550	-37.5#	189	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	154	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.437	-9.2	161	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.411	-2.7	151	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.393	1.8	140	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.424	-6.0	155	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.425	-6.2	159	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	163	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.430	-7.5	181	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.398	0.5	153	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.422	-5.5	171	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.412	-3.0	162	0.00
18		Fluorene	0.400	0.397	0.8	158	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	157	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.396	1.0	152	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.399	0.3	149	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.416	-4.0	168	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.404	-1.0	155	0.00
24		Anthracene	0.400	0.448	-12.0	177	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.421	-5.2	163	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.411	-2.7	161	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	161	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.428	-7.0	166	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.429	-7.2	165	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.450	-12.5	182	0.00
31		Chrysene	0.400	0.395	1.3	147	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.755	-88.8#	310	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.422	-5.5	162	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	178	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.381	4.8	164	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.356	11.0	151	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.407	-1.7	181	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.375	6.3	165	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.364	9.0	153	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062220\
Data File : BN011018.D
Acq On : 22 Jun 2020 20:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 23 06:27:04 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN061020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 22 12:02:11 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0