Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062420\
Data File : BN011039.D
Acq On : 24 Jun 2020 09:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 24 11:02:32 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 23 18:53:50 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	114	0.00
2		1,4-Dioxane	0.538	0.585	-8.7	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.300	0.296	1.3	105	0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.127	1.190	-5.6	112	0.00
5	S	Phenol-d6	1.335	1.300	2.6	102	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.153	1.201	-4.2	109	0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	119	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.365	-0.3	105	0.01
9		Naphthalene	1.215	1.165	4.1	116	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.293	0.277	5.5	109	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.706	0.654	7.4	104	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.814	0.753	7.5	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	124	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.176	0.172	2.3	121	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.866	1.887	-1.1	121	0.00
16		Acenaphthylene	2.016	1.941	3.7	121	0.00
17		Acenaphthene	1.354	1.360	-0.4	123	0.00
18		Fluorene	1.727	1.670	3.3	118	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	116	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.067	0.057	14.9	107	0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.277	0.290	-4.7	118	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.306	0.328	-7.2	119	0.00
23		Atrazine	0.204	0.203	0.5	117	0.00
24		Pentachlorophenol	0.097	0.093	4.1	111	0.00
25		Phenanthrene	1.348	1.440	-6.8	120	0.00
26		Anthracene	1.119	1.120	-0.1	116	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.265	1.239	2.1	114	0.00
28		Fluoranthene	1.541	1.494	3.0	109	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	120	0.00
30		Pyrene	1.539	1.489	3.2	115	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.074	1.059	1.4	115	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.386	1.375	0.8	116	0.00
33		Chrysene	1.511	1.772	-17.3	140	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.557	0.517	7.2	109	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.680	1.663	1.0	112	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.582	1.649	-4.2	114	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.645	1.733	-5.3	119	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.405	1.435	-2.1	97	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.515	1.548	-2.2	111	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.569	1.645	-4.8	118	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062420\
Data File : BN011039.D
Acq On : 24 Jun 2020 09:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 24 11:02:32 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 23 18:53:50 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0