Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062420\
Data File : BN011054.D
Acq On : 24 Jun 2020 18:37
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 24 19:13:39 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 23 18:53:50 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.538	0.535	0.6	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.300	0.302	-0.7	97	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.127	1.192	-5.8	101	0.00
5	S	Phenol-d6	1.335	1.446	-8.3	103	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.153	1.200	-4.1	98	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.347	4.7	86	0.01
9		Naphthalene	1.215	1.181	2.8	102	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.293	0.290	1.0	98	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.706	0.720	-2.0	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.814	0.810	0.5	97	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.176	0.191	-8.5	118	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.866	1.890	-1.3	106	0.00
16		Acenaphthylene	2.016	2.078	-3.1	113	0.00
17		Acenaphthene	1.354	1.372	-1.3	109	0.00
18		Fluorene	1.727	1.706	1.2	106	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	111	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.067	0.002	97.0#	4#	0.03
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.277	0.276	0.4	107	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.306	0.310	-1.3	108	0.00
23		Atrazine	0.204	0.211	-3.4	117	0.00
24		Pentachlorophenol	0.097	0.081	16.5	92	0.00
25		Phenanthrene	1.348	1.346	0.1	108	0.00
26		Anthracene	1.119	1.142	-2.1	113	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.265	1.328	-5.0	117	0.00
28		Fluoranthene	1.541	1.562	-1.4	109	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	118	0.00
30		Pyrene	1.539	1.523	1.0	116	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.074	1.086	-1.1	116	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.386	1.512	-9.1	126	0.00
33		Chrysene	1.511	1.513	-0.1	118	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.557	0.738	-32.5#	154#	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.680	1.821	-8.4	121	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.582	1.477	6.6	113	-0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	1.645	1.582	3.8	120	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	1.405	1.423	-1.3	107	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.515	1.516	-0.1	121	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.569	1.523	2.9	122	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062420\
Data File : BN011054.D
Acq On : 24 Jun 2020 18:37
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 24 19:13:39 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 23 18:53:50 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0