Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\terastorage\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN062819\
Data File : BN006637.D
Acq On : 29 Jun 2019 05:05
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 05:42:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jun 29 01:19:02 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.554	0.556	-0.4	102	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.435	0.411	5.5	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.981	1.010	-3.0	103	0.00
5	S	Phenol-d6	1.299	1.376	-5.9	107	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.158	1.216	-5.0	96	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.269	0.270	-0.4	105	0.00
9		Naphthalene	1.051	1.119	-6.5	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.216	0.232	-7.4	101	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.630	0.675	-7.1	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.726	0.792	-9.1	103	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	100	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.188	0.197	-4.8	117	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.482	1.520	-2.6	103	-0.01
16		Acenaphthylene	1.907	1.974	-3.5	106	0.00
17		Acenaphthene	1.256	1.349	-7.4	105	0.00
18		Fluorene	1.585	1.686	-6.4	105	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	99	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.222	0.235	-5.9	106	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.280	0.301	-7.5	103	0.00
22		Pentachlorophenol	0.045	0.056	-24.4	157#	-0.02
23		Phenanthrene	1.137	1.207	-6.2	104	0.00
24		Anthracene	0.987	1.018	-3.1	105	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.175	1.242	-5.7	104	0.00
26		Fluoranthene	1.382	1.493	-8.0	104	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	94	-0.02
28		Pyrene	1.400	1.575	-12.5	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.838	0.920	-9.8	103	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.308	1.375	-5.1	100	-0.02
31		Chrysene	1.410	1.530	-8.5	96	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.658	0.883	-34.2#	140	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.427	1.342	6.0	76	-0.05
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	80	-0.05
35		Benzo(b)fluoranthene	1.361	1.500	-10.2	87	-0.04
36		Benzo(k)fluoranthene	1.450	1.602	-10.5	86	-0.04
37	C	Benzo(a)pyrene	1.272	1.359	-6.8	82	-0.04
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.111	1.125	-1.3	76	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.109	1.123	-1.3	76	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\terastorage\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN062819\
Data File : BN006637.D
Acq On : 29 Jun 2019 05:05
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 05:42:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Jun 29 01:19:02 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0