Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN070220\
Data File : BN011082.D
Acq On : 02 Jul 2020 12:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 14:21:47 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 30 14:12:13 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	109	0.00
2		1,4-Dioxane	0.564	0.587	-4.1	109	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.285	0.288	-1.1	115	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.995	1.175	-18.1	125	0.00
5	S	Phenol-d6	1.144	1.179	-3.1	106	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.039	1.056	-1.6	100	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.340	0.346	-1.8	109	0.00
9		Naphthalene	1.194	1.182	1.0	107	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.300	1.0	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.692	0.683	1.3	101	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.799	0.788	1.4	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	110	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.168	0.162	3.6	105	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.884	1.994	-5.8	114	0.00
16		Acenaphthylene	2.006	1.941	3.2	106	0.00
17		Acenaphthene	1.359	1.352	0.5	109	0.00
18		Fluorene	1.698	1.699	-0.1	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	110	-0.01
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.043	0.036	16.3	101	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.266	0.254	4.5	103	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.313	0.312	0.3	108	0.00
23		Atrazine	0.188	0.177	5.9	101	0.00
24		Pentachlorophenol	0.084	0.086	-2.4	114	0.00
25		Phenanthrene	1.295	1.289	0.5	107	0.00
26		Anthracene	1.072	1.036	3.4	104	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.210	1.193	1.4	107	0.00
28		Fluoranthene	1.457	1.419	2.6	106	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	-0.01
30		Pyrene	1.492	1.548	-3.8	106	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.041	1.100	-5.7	107	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.337	1.368	-2.3	98	0.00
33		Chrysene	1.534	1.542	-0.5	99	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.540	0.553	-2.4	101	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.604	1.667	-3.9	104	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.603	1.521	5.1	98	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.716	1.768	-3.0	98	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.382	1.387	-0.4	106	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.416	1.300	8.2	103	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.560	1.488	4.6	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN070220\
Data File : BN011082.D
Acq On : 02 Jul 2020 12:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 14:21:47 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 30 14:12:13 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0