Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070620\
Data File : BN011097.D
Acq On : 06 Jul 2020 08:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 06 10:53:56 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 06 10:52:12 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	116	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.396	1.0	111	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.417	-4.2	126	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.412	-3.0	116	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.435	-8.7	120	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.399	0.3	104	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	114	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.443	-10.7	126	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.402	-0.5	115	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.408	-2.0	107	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.404	-1.0	110	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.415	-3.7	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	115	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.428	-7.0	121	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.414	-3.5	116	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.399	0.3	115	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.405	-1.3	116	0.00
18		Fluorene	0.400	0.403	-0.8	114	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	115	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.426	-6.5	125	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.427	-6.7	120	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.408	-2.0	115	0.00
23		Atrazine	0.400	0.391	2.3	109	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.482	-20.5	140	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.412	-3.0	115	0.00
26		Anthracene	0.400	0.402	-0.5	113	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.406	-1.5	115	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	115	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	103	0.00
30		Pyrene	0.400	0.462	-15.5	124	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.451	-12.7	119	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.417	-4.2	105	0.00
33		Chrysene	0.400	0.400	0.0	103	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.417	-4.2	107	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.323	19.3	85	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	99	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.422	-5.5	98	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.401	-0.3	103	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.276	31.0#	75	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.362	9.5	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070620\
Data File : BN011097.D
Acq On : 06 Jul 2020 08:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 06 10:53:56 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 06 10:52:12 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0