Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN070720\
Data File : BN011108.D
Acq On : 07 Jul 2020 08:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 07 10:48:22 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 10:47:09 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	136	0.00
2		1,4-Dioxane	0.564	0.458	18.8	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.285	0.254	10.9	127	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.995	0.897	9.8	119	0.00
5	S	Phenol-d6	1.144	1.072	6.3	121	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.039	1.046	-0.7	124	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	122	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.340	0.360	-5.9	129	0.00
9		Naphthalene	1.194	1.170	2.0	120	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.306	-1.0	113	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.692	0.708	-2.3	119	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.799	0.788	1.4	119	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	120	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.168	0.177	-5.4	125	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.884	1.980	-5.1	123	0.00
16		Acenaphthylene	2.006	2.008	-0.1	120	0.00
17		Acenaphthene	1.359	1.371	-0.9	120	0.00
18		Fluorene	1.698	1.739	-2.4	121	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	132	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.043	0.037	14.0	126	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.266	0.256	3.8	124	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.313	0.297	5.1	123	0.00
23		Atrazine	0.188	0.170	9.6	115	0.00
24		Pentachlorophenol	0.084	0.100	-19.0	158#	0.00
25		Phenanthrene	1.295	1.273	1.7	127	0.00
26		Anthracene	1.072	0.985	8.1	118	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.210	1.139	5.9	122	0.00
28		Fluoranthene	1.457	1.367	6.2	122	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	111	0.00
30		Pyrene	1.492	1.578	-5.8	122	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.041	1.112	-6.8	122	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.337	1.284	4.0	104	0.00
33		Chrysene	1.534	1.635	-6.6	118	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.540	0.560	-3.7	115	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.604	1.466	8.6	104	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	114	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.603	1.599	0.2	110	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.716	1.799	-4.8	107	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.382	1.403	-1.5	115	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.416	1.120	20.9	95	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.560	1.680	-7.7	127	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN070720\
Data File : BN011108.D
Acq On : 07 Jul 2020 08:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 07 10:48:22 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 10:47:09 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0