Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070720\
Data File : BN011117.D
Acq On : 07 Jul 2020 16:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 07 17:27:42 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 14:39:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.367	8.3	74	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.422	-5.5	92	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.378	5.5	76	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.409	-2.2	81	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.398	0.5	75	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	76	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.430	-7.5	82	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.398	0.5	77	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.433	-8.2	76	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.392	2.0	72	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.392	2.0	74	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	78	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.442	-10.5	85	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.409	-2.2	78	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.403	-0.8	78	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.403	-0.8	78	0.00
18		Fluorene	0.400	0.409	-2.2	78	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	80	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.454	-13.5	99	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.401	-0.3	79	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.425	-6.2	83	0.00
23		Atrazine	0.400	0.409	-2.2	79	0.01
24		Pentachlorophenol	0.400	0.420	-5.0	85	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.401	-0.3	78	0.00
26		Anthracene	0.400	0.395	1.3	77	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.413	-3.2	81	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.404	-1.0	80	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	73	0.00
30		Pyrene	0.400	0.419	-4.7	80	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.421	-5.2	79	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.382	4.5	68	0.00
33		Chrysene	0.400	0.420	-5.0	77	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.430	-7.5	79	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.415	-3.7	77	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	78	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.381	4.8	72	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.420	-5.0	74	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.403	-0.8	78	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.362	9.5	74	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.404	-1.0	82	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070720\
Data File : BN011117.D
Acq On : 07 Jul 2020 16:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 07 17:27:42 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 07 14:39:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0