Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071020\
Data File : BN011132.D
Acq On : 09 Jul 2020 14:56
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 09 15:34:53 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 09 15:33:27 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	113	0.00
2		1,4-Dioxane	0.564	0.578	-2.5	112	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.285	0.292	-2.5	121	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.995	1.159	-16.5	128	0.00
5	S	Phenol-d6	1.144	1.197	-4.6	113	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.039	1.068	-2.8	105	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.340	0.356	-4.7	118	0.00
9		Naphthalene	1.194	1.209	-1.3	115	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.303	0.303	0.0	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.692	0.693	-0.1	108	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.799	0.810	-1.4	113	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	114	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.168	0.167	0.6	112	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.884	1.959	-4.0	116	0.00
16		Acenaphthylene	2.006	2.004	0.1	114	0.00
17		Acenaphthene	1.359	1.379	-1.5	115	0.00
18		Fluorene	1.698	1.740	-2.5	115	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.043	0.049	-14.0	146	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.266	0.257	3.4	110	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.313	0.321	-2.6	116	0.00
23		Atrazine	0.188	0.183	2.7	109	0.00
24		Pentachlorophenol	0.084	0.092	-9.5	127	0.00
25		Phenanthrene	1.295	1.305	-0.8	114	0.00
26		Anthracene	1.072	1.053	1.8	111	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.210	1.213	-0.2	114	0.00
28		Fluoranthene	1.457	1.474	-1.2	116	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.00
30		Pyrene	1.492	1.595	-6.9	115	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.041	1.109	-6.5	113	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.337	1.288	3.7	97	0.00
33		Chrysene	1.534	1.616	-5.3	109	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.540	0.564	-4.4	108	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.604	2.109	-31.5#	139	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	112	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.603	1.513	5.6	102	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.716	1.817	-5.9	106	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.382	1.386	-0.3	111	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.416	1.725	-21.8	142	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.560	1.561	-0.1	115	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071020\
Data File : BN011132.D
Acq On : 09 Jul 2020 14:56
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 09 15:34:53 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN063020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 09 15:33:27 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0