Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071120\
Data File : BN011148.D
Acq On : 10 Jul 2020 14:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN071120

Quant Time: Jul 10 15:06:59 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 10 14:35:44 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	106	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.405	-1.3	100	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.372	7.0	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.379	5.3	96	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.393	1.8	102	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.364	9.0	104	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	100	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.404	-1.0	100	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.403	-0.8	102	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.424	-6.0	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.441	-10.2	105	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.434	-8.5	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.399	0.3	98	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.407	-1.7	96	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.394	1.5	102	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.405	-1.3	102	0.00
18		Fluorene	0.400	0.397	0.8	88	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.385	3.8	89	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.388	3.0	98	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.404	-1.0	101	0.00
23		Atrazine	0.400	0.396	1.0	100	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.348	13.0	95	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.397	0.8	101	0.00
26		Anthracene	0.400	0.392	2.0	100	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.386	3.5	96	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.381	4.8	92	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
30		Pyrene	0.400	0.377	5.8	89	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.382	4.5	97	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.391	2.3	108	0.01
33		Chrysene	0.400	0.438	-9.5	118	0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.417	-4.2	113	0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.426	-6.5	97	0.01
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	98	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.371	7.3	100	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.424	-6.0	103	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.400	0.0	97	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.406	-1.5	97	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.385	3.8	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071120\
Data File : BN011148.D
Acq On : 10 Jul 2020 14:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN071120

Quant Time: Jul 10 15:06:59 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 10 14:35:44 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0