Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071320\
Data File : BN011150.D
Acq On : 13 Jul 2020 10:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 13 11:28:30 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 13 11:25:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.572	0.594	-3.8	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.288	0.282	2.1	114	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.986	1.050	-6.5	113	0.00
5	S	Phenol-d6	1.115	1.193	-7.0	115	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.021	0.996	2.4	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	119	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.355	0.336	5.4	112	0.00
9		Naphthalene	1.190	1.164	2.2	117	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.295	0.276	6.4	108	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.649	0.637	1.8	111	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.749	0.730	2.5	112	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	124	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.178	0.149	16.3	100	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.874	1.697	9.4	104	0.00
16		Acenaphthylene	2.036	1.788	12.2	111	0.00
17		Acenaphthene	1.358	1.378	-1.5	125	0.00
18		Fluorene	1.742	1.597	8.3	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.053	0.054	-1.9	110	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.272	0.266	2.2	106	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.316	0.321	-1.6	109	0.00
23		Atrazine	0.191	0.187	2.1	107	0.00
24		Pentachlorophenol	0.094	0.105	-11.7	131	0.00
25		Phenanthrene	1.285	1.299	-1.1	111	0.00
26		Anthracene	1.067	1.058	0.8	109	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.261	1.229	2.5	105	0.00
28		Fluoranthene	1.541	1.473	4.4	100	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	106	0.00
30		Pyrene	1.527	1.592	-4.3	97	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.041	1.111	-6.7	107	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.296	1.317	-1.6	111	0.00
33		Chrysene	1.584	1.645	-3.9	110	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.534	0.586	-9.7	118	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.656	1.918	-15.8	106	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	106	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.607	1.480	7.9	108	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.816	1.871	-3.0	109	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.447	1.403	3.0	102	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.533	1.472	4.0	99	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.683	1.545	8.2	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071320\
Data File : BN011150.D
Acq On : 13 Jul 2020 10:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 13 11:28:30 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 13 11:25:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0