Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071420\
Data File : BN011166.D
Acq On : 14 Jul 2020 19:15
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 14 19:47:01 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 14 15:08:13 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	74	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.337	15.8	58	-0.04
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.403	-0.8	79	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.373	6.8	66	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.413	-3.2	75	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.368	8.0	73	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	80	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.387	3.3	77	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.370	7.5	75	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.378	5.5	73	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.423	-5.7	81	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.415	-3.7	80	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.438	-9.5	103	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.368	8.0	83	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.365	8.8	90	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.378	5.5	91	0.00
18		Fluorene	0.400	0.398	0.5	84	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	121	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.428	-7.0	123	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.438	-9.5	132	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.321	19.8	96	0.00
23		Atrazine	0.400	0.384	4.0	115	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.366	8.5	119	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.370	7.5	112	0.00
26		Anthracene	0.400	0.365	8.8	111	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.389	2.8	115	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.386	3.5	111	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	131	0.00
30		Pyrene	0.400	0.371	7.3	108	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.388	3.0	121	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.370	7.5	125	0.00
33		Chrysene	0.400	0.368	8.0	121	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.415	-3.7	138	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.371	7.3	106	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	130	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.343	14.2	124	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.362	9.5	117	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.349	12.8	112	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.323	19.3	102	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.310	22.5	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN071420\
Data File : BN011166.D
Acq On : 14 Jul 2020 19:15
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 14 19:47:01 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 14 15:08:13 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0