Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011266.D
Acq On : 27 Jul 2020 08:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 11:11:07 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.572	0.604	-5.6	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.288	0.266	7.6	105	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.986	1.006	-2.0	105	0.00
5	S	Phenol-d6	1.115	1.202	-7.8	113	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.021	1.007	1.4	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	137	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.355	0.327	7.9	125	0.00
9		Naphthalene	1.190	1.125	5.5	130	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.295	0.266	9.8	119	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.649	0.674	-3.9	135	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.749	0.768	-2.5	135	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	158#	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.178	0.167	6.2	144	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.874	1.671	10.8	131	0.00
16		Acenaphthylene	2.036	1.857	8.8	148	0.00
17		Acenaphthene	1.358	1.267	6.7	147	0.00
18		Fluorene	1.742	1.605	7.9	128	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	172#	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.053	0.045	15.1	143	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.272	0.247	9.2	156#	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.316	0.265	16.1	142	0.00
23		Atrazine	0.191	0.187	2.1	168#	0.00
24		Pentachlorophenol	0.094	0.085	9.6	167#	0.00
25		Phenanthrene	1.285	1.219	5.1	163#	0.00
26		Anthracene	1.067	0.995	6.7	161#	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.261	1.175	6.8	157#	0.00
28		Fluoranthene	1.541	1.410	8.5	150#	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	141	0.00
30		Pyrene	1.527	1.771	-16.0	144	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.041	1.143	-9.8	147	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.296	1.384	-6.8	155#	0.00
33		Chrysene	1.584	1.437	9.3	129	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.534	0.735	-37.6#	197#	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.656	1.387	16.2	102	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	135	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.607	1.434	10.8	133	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.816	1.540	15.2	114	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.447	1.218	15.8	112	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.533	1.140	25.6#	98	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.683	1.283	23.8	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011266.D
Acq On : 27 Jul 2020 08:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 11:11:07 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0