Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011266.D
Acq On : 27 Jul 2020 08:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 11:11:07 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.422	-5.5	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.370	7.5	105	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.408	-2.0	105	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.431	-7.7	113	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.394	1.5	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	137	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.369	7.8	125	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.378	5.5	130	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.360	10.0	119	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.415	-3.7	135	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.410	-2.5	135	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	158	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.376	6.0	144	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.357	10.8	131	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.365	8.8	148	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.373	6.8	147	0.00
18		Fluorene	0.400	0.369	7.8	128	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	172	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.374	6.5	143	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.364	9.0	156	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.336	16.0	142	0.00
23		Atrazine	0.400	0.393	1.8	168	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.362	9.5	167	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.380	5.0	163	0.00
26		Anthracene	0.400	0.373	6.8	161	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.373	6.8	157	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.366	8.5	150	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	141	0.00
30		Pyrene	0.400	0.464	-16.0	144	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.439	-9.7	147	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.427	-6.7	155	0.00
33		Chrysene	0.400	0.363	9.3	129	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.551	-37.8#	197	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.327	18.3	102	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	135	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.357	10.8	133	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.339	15.3	114	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.337	15.8	112	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.297	25.8#	98	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.305	23.8	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011266.D
Acq On : 27 Jul 2020 08:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 11:11:07 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0