Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011270.D
Acq On : 27 Jul 2020 13:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 14:35:55 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.572	0.559	2.3	92	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.288	0.327	-13.5	121	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.986	1.010	-2.4	99	0.00
5	S	Phenol-d6	1.115	1.216	-9.1	107	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.021	1.095	-7.2	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	127	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.355	0.345	2.8	123	0.00
9		Naphthalene	1.190	1.116	6.2	120	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.295	0.249	15.6	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.649	0.615	5.2	115	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.749	0.715	4.5	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	139	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.178	0.167	6.2	127	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.874	1.666	11.1	115	0.00
16		Acenaphthylene	2.036	1.911	6.1	134	0.00
17		Acenaphthene	1.358	1.271	6.4	130	0.00
18		Fluorene	1.742	1.631	6.4	114	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	146	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.053	0.046	13.2	126	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.272	0.255	6.3	137	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.316	0.284	10.1	130	0.00
23		Atrazine	0.191	0.197	-3.1	150#	0.00
24		Pentachlorophenol	0.094	0.087	7.4	145	0.00
25		Phenanthrene	1.285	1.235	3.9	141	0.00
26		Anthracene	1.067	1.003	6.0	139	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.261	1.173	7.0	134	0.00
28		Fluoranthene	1.541	1.405	8.8	128	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	134	0.01
30		Pyrene	1.527	1.590	-4.1	123	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.041	1.085	-4.2	132	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.296	1.265	2.4	134	0.01
33		Chrysene	1.584	1.502	5.2	127	0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.534	0.729	-36.5#	185#	0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.656	1.326	19.9	93	0.02
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	128	0.02
37		Benzo(b)fluoranthene	1.607	1.289	19.8	113	0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	1.816	1.461	19.5	102	0.02
39	C	Benzo(a)pyrene	1.447	1.284	11.3	112	0.02
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.533	1.123	26.7#	91	0.02
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.683	1.219	27.6#	90	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011270.D
Acq On : 27 Jul 2020 13:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 14:35:55 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0