Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011270.D
Acq On : 27 Jul 2020 13:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 14:35:55 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.391	2.3	92	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.455	-13.7	121	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.409	-2.2	99	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.436	-9.0	107	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.429	-7.2	116	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	127	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.389	2.8	123	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.375	6.3	120	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.338	15.5	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.379	5.3	115	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.382	4.5	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	139	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.376	6.0	127	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.356	11.0	115	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.376	6.0	134	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.374	6.5	130	0.00
18		Fluorene	0.400	0.375	6.3	114	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	146	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.381	4.8	126	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.375	6.3	137	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.360	10.0	130	0.00
23		Atrazine	0.400	0.412	-3.0	150	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.369	7.8	145	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.385	3.8	141	0.00
26		Anthracene	0.400	0.376	6.0	139	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.372	7.0	134	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.365	8.8	128	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	134	0.01
30		Pyrene	0.400	0.417	-4.2	123	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.417	-4.2	132	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.390	2.5	134	0.01
33		Chrysene	0.400	0.379	5.3	127	0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.546	-36.5#	185	0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.311	22.3	93	0.02
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	128	0.02
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.321	19.8	113	0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.322	19.5	102	0.02
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.355	11.3	112	0.02
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.293	26.8#	91	0.02
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.290	27.5#	90	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072720\
Data File : BN011270.D
Acq On : 27 Jul 2020 13:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 14:35:55 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 27 10:06:24 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0