Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN072820\
Data File : BN011272.D
Acq On : 28 Jul 2020 09:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 28 14:46:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 28 14:38:05 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	0.00
2		1,4-Dioxane	0.563	0.587	-4.3	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.304	-5.2	131	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.051	1.177	-12.0	132	0.00
5	S	Phenol-d6	1.278	1.379	-7.9	111	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.064	1.161	-9.1	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.357	0.369	-3.4	118	0.00
9		Naphthalene	1.186	1.264	-6.6	117	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.287	0.298	-3.8	113	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.730	0.755	-3.4	118	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.841	0.875	-4.0	119	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.185	0.200	-8.1	122	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.727	1.853	-7.3	117	0.00
16		Acenaphthylene	2.059	2.114	-2.7	119	0.00
17		Acenaphthene	1.343	1.435	-6.9	111	0.00
18		Fluorene	1.723	1.893	-9.9	121	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.055	0.054	1.8	138	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.265	0.290	-9.4	126	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.301	0.310	-3.0	116	0.00
23		Atrazine	0.206	0.211	-2.4	124	0.00
24		Pentachlorophenol	0.093	0.098	-5.4	139	0.00
25		Phenanthrene	1.302	1.371	-5.3	111	0.00
26		Anthracene	1.082	1.118	-3.3	122	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.221	1.326	-8.6	131	0.00
28		Fluoranthene	1.480	1.599	-8.0	132	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	108	-0.01
30		Pyrene	1.803	2.047	-13.5	132	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.211	1.392	-14.9	134	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.341	1.526	-13.8	127	0.00
33		Chrysene	1.504	1.711	-13.8	124	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.719	0.794	-10.4	121	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.469	1.611	-9.7	128	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	118	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.595	1.652	-3.6	140	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.756	1.799	-2.4	129	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.384	1.372	0.9	129	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.432	1.360	5.0	129	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.588	1.780	-12.1	144	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN072820\
Data File : BN011272.D
Acq On : 28 Jul 2020 09:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 28 14:46:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 28 14:38:05 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0