Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN072820\
Data File : BN011272.D
Acq On : 28 Jul 2020 09:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 28 14:46:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 28 14:38:05 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	105	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.417	-4.2	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.422	-5.5	131	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.448	-12.0	132	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.432	-8.0	111	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.437	-9.2	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.414	-3.5	118	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.426	-6.5	117	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.415	-3.7	113	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.413	-3.2	118	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.416	-4.0	119	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	94	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.434	-8.5	122	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.429	-7.2	117	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.411	-2.7	119	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.427	-6.7	111	0.00
18		Fluorene	0.400	0.439	-9.7	121	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	97	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.449	-12.2	138	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.437	-9.2	126	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.413	-3.2	116	0.00
23		Atrazine	0.400	0.410	-2.5	124	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.422	-5.5	139	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.421	-5.2	111	0.00
26		Anthracene	0.400	0.413	-3.2	122	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.434	-8.5	131	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.432	-8.0	132	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	108	-0.01
30		Pyrene	0.400	0.454	-13.5	132	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.460	-15.0	134	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.455	-13.7	127	0.00
33		Chrysene	0.400	0.455	-13.7	124	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.442	-10.5	121	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.439	-9.7	128	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	118	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.414	-3.5	140	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.410	-2.5	129	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.396	1.0	129	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.380	5.0	129	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.449	-12.2	144	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN072820\
Data File : BN011272.D
Acq On : 28 Jul 2020 09:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 28 14:46:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 28 14:38:05 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0