Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN072820\
Data File : BN011285.D
Acq On : 28 Jul 2020 18:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 28 18:45:13 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 28 14:38:05 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	129	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.415	-3.7	131	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.398	0.5	151	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.391	2.3	141	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.423	-5.7	134	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.376	6.0	121	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	128	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.357	10.8	124	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.385	3.8	128	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.368	8.0	122	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.350	12.5	121	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.351	12.3	122	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.321	19.8	99	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.401	-0.3	119	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.381	4.8	120	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.375	6.3	107	0.00
18		Fluorene	0.400	0.361	9.8	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	91	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.463	-15.8	136	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.372	7.0	101	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	104	0.00
23		Atrazine	0.400	0.350	12.5	100	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.358	10.5	110	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.363	9.3	90	0.00
26		Anthracene	0.400	0.361	9.8	100	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.356	11.0	101	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.347	13.3	99	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	105	-0.01
30		Pyrene	0.400	0.337	15.8	95	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.341	14.8	97	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.410	-2.5	111	0.00
33		Chrysene	0.400	0.376	6.0	100	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.308	23.0	82	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.497	-24.2	140	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	126	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.361	9.8	130	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.352	12.0	118	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.365	8.8	127	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.394	1.5	143	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.355	11.3	122	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN072820\
Data File : BN011285.D
Acq On : 28 Jul 2020 18:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 28 18:45:13 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 28 14:38:05 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0