Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN073120\
Data File : BN011322.D
Acq On : 31 Jul 2020 11:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 31 12:20:17 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 31 12:17:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.563	0.494	12.3	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.238	17.6	108	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.051	0.981	6.7	116	0.00
5	S	Phenol-d6	1.278	1.158	9.4	98	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.064	1.064	0.0	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.357	0.318	10.9	104	0.00
9		Naphthalene	1.186	1.073	9.5	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.287	0.250	12.9	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.730	0.643	11.9	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.841	0.740	12.0	102	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	91	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.185	0.168	9.2	99	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.727	1.680	2.7	103	0.00
16		Acenaphthylene	2.059	1.812	12.0	98	0.00
17		Acenaphthene	1.343	1.212	9.8	91	0.00
18		Fluorene	1.723	1.623	5.8	100	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.055	0.053	3.6	135	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.265	0.223	15.8	96	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.301	0.264	12.3	97	0.00
23		Atrazine	0.206	0.182	11.7	105	0.00
24		Pentachlorophenol	0.093	0.080	14.0	111	0.00
25		Phenanthrene	1.302	1.163	10.7	93	0.00
26		Anthracene	1.082	0.969	10.4	104	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.221	1.144	6.3	111	0.00
28		Fluoranthene	1.480	1.388	6.2	112	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	142	0.00
30		Pyrene	1.803	1.349	25.2#	115	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.211	0.959	20.8	122	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.341	1.251	6.7	137	0.00
33		Chrysene	1.504	1.405	6.6	134	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.719	0.567	21.1	114	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.469	1.352	8.0	141	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	173#	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.595	1.375	13.8	171#	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.756	1.468	16.4	154#	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.384	1.159	16.3	161#	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.432	1.023	28.6#	143	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.588	1.121	29.4#	134	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN073120\
Data File : BN011322.D
Acq On : 31 Jul 2020 11:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 31 12:20:17 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 31 12:17:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0