Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN073120\
Data File : BN011322.D
Acq On : 31 Jul 2020 11:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 31 12:20:17 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 31 12:17:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.351	12.3	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.330	17.5	108	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.374	6.5	116	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.362	9.5	98	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.400	0.0	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.356	11.0	104	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.362	9.5	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.349	12.8	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.352	12.0	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.352	12.0	102	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	91	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.365	8.8	99	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.389	2.8	103	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.352	12.0	98	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.361	9.8	91	0.00
18		Fluorene	0.400	0.377	5.8	100	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.448	-12.0	135	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.336	16.0	96	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.351	12.3	97	0.00
23		Atrazine	0.400	0.352	12.0	105	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.345	13.8	111	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.357	10.8	93	0.00
26		Anthracene	0.400	0.358	10.5	104	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.375	6.3	111	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.375	6.3	112	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	142	0.00
30		Pyrene	0.400	0.299	25.3#	115	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.317	20.8	122	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.373	6.8	137	0.00
33		Chrysene	0.400	0.374	6.5	134	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.315	21.3	114	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.368	8.0	141	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	173	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.345	13.8	171	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.334	16.5	154	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.335	16.3	161	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.286	28.5#	143	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.282	29.5#	134	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN073120\
Data File : BN011322.D
Acq On : 31 Jul 2020 11:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 31 12:20:17 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 31 12:17:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0