Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN080720\
Data File : BN011397.D
Acq On : 07 Aug 2020 14:38
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 07 15:12:00 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 31 12:17:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	70	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.563	0.536	4.8	65	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.203	29.8#	58	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.051	0.899	14.5	67	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.278	0.990	22.5	53	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.064	0.810	23.9	53	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	68	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.357	0.235	34.2#	49#	0.00
9		Naphthalene	1.186	1.022	13.8	61	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.287	0.271	5.6	66	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.730	0.574	21.4	58	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.841	0.628	25.3#	55	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	53	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.185	0.147	20.5	51	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.727	1.542	10.7	55	-0.01
16		Acenaphthylene	2.059	1.850	10.2	59	-0.01
17		Acenaphthene	1.343	1.168	13.0	51	-0.01
18		Fluorene	1.723	1.484	13.9	54	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	60	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.055	0.028	49.1#	45#	0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.265	0.206	22.3	56	-0.01
22		Hexachlorobenzene	0.301	0.239	20.6	56	-0.01
23		Atrazine	0.206	0.147	28.6#	54	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.093	0.068	26.9#	59	-0.01
25		Phenanthrene	1.302	1.175	9.8	59	-0.01
26		Anthracene	1.082	0.932	13.9	63	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.221	0.963	21.1	59	0.00
28		Fluoranthene	1.480	1.156	21.9	59	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	82	-0.01
30		Pyrene	1.803	1.213	32.7#	60	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.211	0.855	29.4#	63	-0.01
32		Benzo(a)anthracene	1.341	1.260	6.0	80	-0.01
33		Chrysene	1.504	1.382	8.1	76	-0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.719	0.492	31.6#	57	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.469	1.673	-13.9	101	-0.02
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	92	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.595	1.368	14.2	90	-0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	1.756	1.466	16.5	82	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	1.384	1.209	12.6	89	-0.01
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.432	1.444	-0.8	107	-0.02
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.588	1.459	8.1	92	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN080720\
Data File : BN011397.D
Acq On : 07 Aug 2020 14:38
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 07 15:12:00 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN072820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 31 12:17:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0