Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN081920\
Data File : BN011518.D
Acq On : 19 Aug 2020 16:07
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN081920

Quant Time: Aug 19 17:00:13 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN081920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 19 15:54:57 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	119	0.00
2		1,4-Dioxane	0.520	0.513	1.3	117	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.215	0.200	7.0	115	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.933	0.904	3.1	107	0.00
5	S	Phenol-d6	1.080	1.054	2.4	128	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.850	0.919	-8.1	158#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	110	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.323	0.290	10.2	103	-0.01
9		Naphthalene	1.166	1.037	11.1	112	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.302	0.277	8.3	114	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.739	0.577	21.9	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.838	0.660	21.2	107	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.180	0.147	18.3	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.760	1.597	9.3	99	0.00
16		Acenaphthylene	2.006	1.811	9.7	106	0.00
17		Acenaphthene	1.297	1.189	8.3	107	-0.01
18		Fluorene	1.667	1.544	7.4	107	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	116	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.049	0.036	26.5#	134	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.330	0.317	3.9	110	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.298	0.254	14.8	99	0.00
23		Atrazine	0.195	0.150	23.1	93	0.00
24		Pentachlorophenol	0.091	0.080	12.1	119	0.00
25		Phenanthrene	1.275	1.143	10.4	117	0.00
26		Anthracene	1.088	0.905	16.8	111	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.219	1.014	16.8	106	0.00
28		Fluoranthene	1.509	1.261	16.4	108	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	116	0.00
30		Pyrene	1.320	1.174	11.1	110	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.885	0.775	12.4	107	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.222	1.069	12.5	111	0.00
33		Chrysene	1.390	1.256	9.6	113	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.435	0.374	14.0	109	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.702	1.506	11.5	92	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	89	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.597	1.397	12.5	88	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.652	1.457	11.8	88	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.389	1.199	13.7	88	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.550	1.374	11.4	92	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.620	1.343	17.1	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN081920\
Data File : BN011518.D
Acq On : 19 Aug 2020 16:07
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
ICVBN081920

Quant Time: Aug 19 17:00:13 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN081920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 19 15:54:57 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0