Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN081920\
Data File : BN011518.D
Acq On : 19 Aug 2020 16:07
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN081920

Quant Time: Aug 19 17:00:13 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN081920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 19 15:54:57 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	119	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.395	1.3	117	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.371	7.3	115	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.388	3.0	107	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.390	2.5	128	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.433	-8.2	158	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	110	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.359	10.3	103	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.356	11.0	112	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.366	8.5	114	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.312	22.0	106	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.315	21.3	107	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	98	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.327	18.3	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.363	9.3	99	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.361	9.8	106	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.367	8.3	107	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.370	7.5	107	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	116	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.408	-2.0	134	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.338	15.5	110	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.341	14.8	99	0.00
23		Atrazine	0.400	0.308	23.0	93	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.350	12.5	119	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.359	10.3	117	0.00
26		Anthracene	0.400	0.333	16.8	111	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.332	17.0	106	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.334	16.5	108	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	116	0.00
30		Pyrene	0.400	0.356	11.0	110	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.351	12.3	107	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.350	12.5	111	0.00
33		Chrysene	0.400	0.361	9.8	113	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.344	14.0	109	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.354	11.5	92	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	89	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.350	12.5	88	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.353	11.8	88	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.345	13.8	88	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.355	11.3	92	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.331	17.3	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN081920\
Data File : BN011518.D
Acq On : 19 Aug 2020 16:07
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN081920

Quant Time: Aug 19 17:00:13 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN081920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 19 15:54:57 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0