Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082520\
Data File : BN011610.D
Acq On : 25 Aug 2020 10:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 25 13:04:19 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 25 03:31:11 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	145	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.410	-2.5	153	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.440	-10.0	149	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.386	3.5	138	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.384	4.0	132	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.415	-3.7	148	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	140	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.413	-3.2	149	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.398	0.5	149	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.407	-1.7	153	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.391	2.3	149	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	147	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	136	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.357	10.8	123	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.400	0.0	142	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.374	6.5	139	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	143	0.00
18		Fluorene	0.400	0.397	0.8	146	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	139	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.426	-6.5	178	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	148	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.398	0.5	145	0.00
23		Atrazine	0.400	0.277	30.8#	136	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.350	12.5	128	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.392	2.0	145	0.00
26		Anthracene	0.400	0.377	5.8	139	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.388	3.0	149	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.395	1.3	146	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	136	0.00
30		Pyrene	0.400	0.392	2.0	142	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.408	-2.0	144	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.400	0.0	142	0.00
33		Chrysene	0.400	0.405	-1.3	151	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.249	37.8#	101	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.407	-1.7	146	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	139	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.405	-1.3	151	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.402	-0.5	147	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.392	2.0	144	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.400	0.0	147	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.400	0.0	146	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082520\
Data File : BN011610.D
Acq On : 25 Aug 2020 10:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 25 13:04:19 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 25 03:31:11 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0