Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090320\
Data File : BN011696.D
Acq On : 03 Sep 2020 14:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 03 14:39:11 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 03 12:33:00 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	84	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.349	12.8	81	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.437	-9.2	93	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.363	9.3	82	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.341	14.8	78	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.366	8.5	83	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	82	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.378	5.5	85	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.362	9.5	81	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.385	3.8	87	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.359	10.3	82	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.359	10.3	82	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	82	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.351	12.3	82	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.371	7.3	84	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.352	12.0	81	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.369	7.8	85	0.01
18		Fluorene	0.400	0.357	10.8	82	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	83	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.411	-2.7	99	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.374	6.5	86	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.360	10.0	82	0.00
23		Atrazine	0.400	0.343	14.2	79	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.336	16.0	76	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.355	11.3	82	0.00
26		Anthracene	0.400	0.345	13.8	79	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.335	16.3	77	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.339	15.3	78	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	72	0.00
30		Pyrene	0.400	0.402	-0.5	77	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.404	-1.0	77	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.365	8.8	71	0.00
33		Chrysene	0.400	0.380	5.0	73	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.400	0.0	80	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.364	9.0	69	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	70	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.348	13.0	71	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.367	8.3	72	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.347	13.3	71	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.346	13.5	68	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.336	16.0	67	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090320\
Data File : BN011696.D
Acq On : 03 Sep 2020 14:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 03 14:39:11 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 03 12:33:00 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0