Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090519\
Data File : BN007536.D
Acq On : 05 Sep 2019 15:34
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 06 02:03:56 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	182	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.382	4.5	167	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.262	34.5#	115	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.328	18.0	149	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.329	17.8	158	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.430	-7.5	197	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	205	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.333	16.8	178	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.394	1.5	197	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.345	13.8	170	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.399	0.3	201	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.402	-0.5	200	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	222	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.287	28.3#	162	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.392	2.0	213	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.330	17.5	181	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.386	3.5	209	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.392	2.0	213	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	229	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.070	82.5#	46	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.388	3.0	220	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.268	33.0#	164	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.403	-0.8	230	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.344	14.0	196	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.371	7.3	205	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.374	6.5	208	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	223	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.382	4.5	208	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.379	5.3	204	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.360	10.0	197	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.399	0.3	213	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.248	38.0#	136	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.340	15.0	183	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	208	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	197	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.430	-7.5	215	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.376	6.0	189	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.348	13.0	175	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.369	7.8	186	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090519\
Data File : BN007536.D
Acq On : 05 Sep 2019 15:34
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 06 02:03:56 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0