Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090519\
Data File : BN007543.D
Acq On : 05 Sep 2019 21:16
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 06 02:00:30 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	164	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.376	6.0	149	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.267	33.3#	106	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.310	22.5	128	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.311	22.3	136	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.391	2.3	162	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	184	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.307	23.3	148	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.396	1.0	177	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.348	13.0	154	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.403	-0.8	183	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.412	-3.0	184	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	208	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.283	29.3#	150	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.395	1.3	201	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.313	21.8	161	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.387	3.3	196	0.00
18		Fluorene	0.400	0.396	1.0	201	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	215	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.155	61.3#	97	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.386	3.5	205	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.400	0.218	45.5#	125	-0.02
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	210	-0.02
24		Anthracene	0.400	0.332	17.0	177	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.347	13.3	181	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.356	11.0	187	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	181	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.412	-3.0	183	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.426	-6.5	186	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.341	14.8	152	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.398	0.5	173	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.225	43.8#	101	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.313	21.8	137	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	151	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.397	0.8	146	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.425	-6.2	154	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.362	9.5	133	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.360	10.0	131	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.375	6.3	137	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090519\
Data File : BN007543.D
Acq On : 05 Sep 2019 21:16
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 06 02:00:30 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0