Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090920\
Data File : BN011775.D
Acq On : 09 Sep 2020 19:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 09 20:03:21 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 09 10:54:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.371	7.3	90	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.411	-2.7	91	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.380	5.0	89	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.369	7.8	89	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.377	5.8	90	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	88	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.389	2.8	94	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.367	8.3	88	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.368	8.0	89	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.357	10.8	87	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.360	10.0	88	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	87	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.363	9.3	90	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.372	7.0	89	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.356	11.0	88	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.365	8.8	89	0.00
18		Fluorene	0.400	0.358	10.5	87	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	86	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.388	3.0	97	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.364	9.0	86	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.377	5.8	89	0.00
23		Atrazine	0.400	0.246	38.5#	59	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.336	16.0	79	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.369	7.8	88	0.00
26		Anthracene	0.400	0.353	11.8	85	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.339	15.3	81	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.346	13.5	83	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	81	0.00
30		Pyrene	0.400	0.379	5.3	82	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.371	7.3	80	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.356	11.0	79	0.00
33		Chrysene	0.400	0.362	9.5	78	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.344	14.0	77	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.334	16.5	71	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	72	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.370	7.5	78	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.362	9.5	73	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.362	9.5	76	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.348	13.0	71	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.357	10.8	73	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090920\
Data File : BN011775.D
Acq On : 09 Sep 2020 19:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 09 20:03:21 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 09 10:54:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0