Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090920\
Data File : BN011777.D
Acq On : 10 Sep 2020 01:48
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 10 02:18:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 09 10:54:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	117	0.00
2		1,4-Dioxane	0.643	0.572	11.0	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.743	0.774	-4.2	122	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.130	1.016	10.1	112	0.00
5	S	Phenol-d6	1.535	1.358	11.5	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.249	1.133	9.3	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	114	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.387	0.384	0.8	123	0.00
9		Naphthalene	1.144	1.064	7.0	115	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.251	0.248	1.2	123	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.721	0.661	8.3	115	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.814	0.757	7.0	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	115	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.194	0.183	5.7	123	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.691	1.592	5.9	119	0.00
16		Acenaphthylene	1.948	1.791	8.1	119	-0.01
17		Acenaphthene	1.345	1.268	5.7	122	0.00
18		Fluorene	1.724	1.598	7.3	119	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	117	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.062	0.061	1.6	135	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.234	0.222	5.1	122	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.289	0.273	5.5	121	0.00
23		Atrazine	0.206	0.129	37.4#	82	0.00
24		Pentachlorophenol	0.115	0.099	13.9	110	0.00
25		Phenanthrene	1.292	1.200	7.1	121	0.00
26		Anthracene	1.148	1.023	10.9	116	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.284	1.076	16.2	109	0.00
28		Fluoranthene	1.532	1.318	14.0	112	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	108	-0.01
30		Pyrene	1.391	1.336	4.0	111	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.993	0.942	5.1	110	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.428	1.249	12.5	103	0.00
33		Chrysene	1.473	1.361	7.6	107	-0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.581	0.518	10.8	107	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.921	1.649	14.2	97	-0.02
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.534	1.405	8.4	103	-0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	1.568	1.449	7.6	100	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	1.371	1.239	9.6	102	-0.01
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.548	1.375	11.2	96	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.516	1.363	10.1	99	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090920\
Data File : BN011777.D
Acq On : 10 Sep 2020 01:48
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 10 02:18:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 09 10:54:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0