Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090920\
Data File : BN011777.D
Acq On : 10 Sep 2020 01:48
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 10 02:18:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 09 10:54:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	117	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.356	11.0	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.416	-4.0	122	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.359	10.3	112	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.354	11.5	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.363	9.3	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	114	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.397	0.8	123	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.372	7.0	115	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.395	1.3	123	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.367	8.3	115	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.372	7.0	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	115	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.377	5.8	123	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.377	5.8	119	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.368	8.0	119	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.377	5.8	122	0.00
18		Fluorene	0.400	0.371	7.3	119	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	117	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.399	0.3	135	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.379	5.3	122	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.378	5.5	121	0.00
23		Atrazine	0.400	0.251	37.3#	82	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.344	14.0	110	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.371	7.3	121	0.00
26		Anthracene	0.400	0.356	11.0	116	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.335	16.3	109	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.344	14.0	112	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	108	-0.01
30		Pyrene	0.400	0.384	4.0	111	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.380	5.0	110	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.350	12.5	103	0.00
33		Chrysene	0.400	0.370	7.5	107	-0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.357	10.8	107	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.343	14.2	97	-0.02
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	96	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.366	8.5	103	-0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.370	7.5	100	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.361	9.8	102	-0.01
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.355	11.3	96	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.360	10.0	99	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090920\
Data File : BN011777.D
Acq On : 10 Sep 2020 01:48
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 10 02:18:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 09 10:54:46 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0