Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091520\
Data File : BN011802.D
Acq On : 15 Sep 2020 15:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN091520

Quant Time: Sep 15 16:52:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 15 14:55:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	74	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.373	6.8	78	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.396	1.0	73	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.385	3.8	73	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.381	4.8	72	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.389	2.8	74	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	73	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.385	3.8	72	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.386	3.5	74	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.390	2.5	74	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.385	3.8	74	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.380	5.0	74	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	73	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.371	7.3	72	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.388	3.0	75	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.367	8.3	72	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.381	4.8	73	0.00
18		Fluorene	0.400	0.375	6.3	73	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	75	0.01
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.456	-14.0	75	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.368	8.0	73	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.374	6.5	75	0.00
23		Atrazine	0.400	0.401	-0.3	74	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.470	-17.5	74	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.378	5.5	74	0.00
26		Anthracene	0.400	0.386	3.5	74	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.367	8.3	74	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.475	-18.7	73	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	73	0.00
30		Pyrene	0.400	0.394	1.5	73	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.616	-54.0#	74	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.456	-14.0	74	0.00
33		Chrysene	0.400	0.466	-16.5	72	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.439	-9.7	75	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.461	-15.3	68	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	71	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.468	-17.0	73	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.450	-12.5	70	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.445	-11.2	70	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.460	-15.0	68	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.459	-14.8	68	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091520\
Data File : BN011802.D
Acq On : 15 Sep 2020 15:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN091520

Quant Time: Sep 15 16:52:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 15 14:55:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0