Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091520\
Data File : BN011810.D
Acq On : 15 Sep 2020 21:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 16 02:14:22 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 15 14:55:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	119	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.380	5.0	128	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.339	15.3	101	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.444	-11.0	135	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.453	-13.2	138	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.441	-10.2	135	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	127	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.364	9.0	119	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.387	3.3	129	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.351	12.3	115	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.373	6.8	126	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.371	7.3	125	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	121	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.361	9.8	115	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.372	7.0	119	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.359	10.3	115	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.369	7.8	117	0.00
18		Fluorene	0.400	0.360	10.0	116	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	119	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.360	10.0	94	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.344	14.0	109	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.373	6.8	118	0.00
23		Atrazine	0.400	0.378	5.5	110	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.469	-17.2	118	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.371	7.3	116	0.00
26		Anthracene	0.400	0.377	5.8	115	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.362	9.5	116	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.464	-16.0	113	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	113	-0.01
30		Pyrene	0.400	0.394	1.5	114	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.614	-53.5#	115	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.443	-10.7	112	0.00
33		Chrysene	0.400	0.458	-14.5	111	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.421	-5.2	111	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.444	-11.0	102	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	108	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.451	-12.7	107	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.457	-14.2	108	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.452	-13.0	108	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.451	-12.7	101	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.446	-11.5	101	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091520\
Data File : BN011810.D
Acq On : 15 Sep 2020 21:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 16 02:14:22 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 15 14:55:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0