Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091620\
Data File : BN011812.D
Acq On : 16 Sep 2020 11:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 16 12:39:35 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 16 12:37:34 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.562	0.537	4.4	103	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.864	0.715	17.2	79	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.107	1.100	0.6	96	0.00
5	S	Phenol-d6	1.423	1.439	-1.1	98	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.162	1.151	0.9	97	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	96	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.441	0.413	6.3	93	0.00
9		Naphthalene	1.145	1.091	4.7	97	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.277	0.257	7.2	93	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.752	0.703	6.5	96	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.821	0.770	6.2	96	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.219	0.192	12.3	86	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.792	1.699	5.2	94	0.00
16		Acenaphthylene	1.995	1.829	8.3	91	0.00
17		Acenaphthene	1.411	1.301	7.8	90	0.00
18		Fluorene	1.777	1.639	7.8	92	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	91	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.090	0.081	10.0	73	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.253	0.228	9.9	88	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.297	0.276	7.1	91	0.00
23		Atrazine	0.233	0.221	5.2	85	0.00
24		Pentachlorophenol	0.125	0.150	-20.0	93	0.00
25		Phenanthrene	1.303	1.212	7.0	90	0.00
26		Anthracene	1.170	1.118	4.4	89	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.304	1.198	8.1	91	0.00
28		Fluoranthene	1.623	1.908	-17.6	88	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	87	0.00
30		Pyrene	1.418	1.421	-0.2	89	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.123	1.699	-51.3#	89	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.459	1.656	-13.5	88	0.00
33		Chrysene	1.528	1.760	-15.2	85	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.654	0.674	-3.1	84	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	2.007	2.336	-16.4	82	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	84	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.649	1.886	-14.4	85	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.653	1.860	-12.5	83	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.447	1.600	-10.6	83	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.673	1.937	-15.8	81	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.671	1.952	-16.8	83	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091620\
Data File : BN011812.D
Acq On : 16 Sep 2020 11:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 16 12:39:35 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 16 12:37:34 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0