Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091620\
Data File : BN011817.D
Acq On : 16 Sep 2020 17:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 16 17:59:14 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 16 17:28:08 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	135	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.423	-5.7	158	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.322	19.5	109	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.463	-15.8	159	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.476	-19.0	164	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.435	-8.7	151	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	146	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.378	5.5	143	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.379	5.3	146	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.342	14.5	130	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.363	9.3	141	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.366	8.5	143	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	140	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.367	8.3	135	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.379	5.3	140	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.360	10.0	134	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.370	7.5	135	0.00
18		Fluorene	0.400	0.360	10.0	134	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	134	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.350	12.5	103	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.348	13.0	124	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.379	5.3	136	0.00
23		Atrazine	0.400	0.385	3.8	127	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.485	-21.2	138	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.376	6.0	133	0.00
26		Anthracene	0.400	0.382	4.5	131	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.360	10.0	131	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.471	-17.7	130	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	122	0.00
30		Pyrene	0.400	0.420	-5.0	131	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.648	-62.0#	129	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.457	-14.2	124	0.00
33		Chrysene	0.400	0.465	-16.3	121	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.446	-11.5	127	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.437	-9.2	108	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	115	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.458	-14.5	116	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.451	-12.7	113	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.457	-14.2	116	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.446	-11.5	106	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.445	-11.2	107	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091620\
Data File : BN011817.D
Acq On : 16 Sep 2020 17:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 16 17:59:14 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 16 17:28:08 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0