Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN092019\
Data File : BN007778.D
Acq On : 21 Sep 2019 00:43
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 21 03:34:28 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	112	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.347	13.3	115	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.575	-43.7#	106	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.302	24.5	97	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.308	23.0	95	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.368	8.0	117	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	113	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.334	16.5	97	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.404	-1.0	115	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.397	0.8	111	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.398	0.5	116	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.404	-1.0	117	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	110	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.272	32.0#	90	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.380	5.0	113	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.339	15.3	104	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.361	9.8	109	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.363	9.3	109	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	106	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.398	0.5	108	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.415	-3.7	112	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.285	28.8#	87	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.401	-0.3	108	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.371	7.3	102	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.376	6.0	101	-0.02
26		Fluoranthene	0.400	0.385	3.8	104	-0.02
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	102	-0.02
28		Pyrene	0.400	0.389	2.8	103	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.390	2.5	103	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.356	11.0	95	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.401	-0.3	105	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.269	32.8#	77	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.372	7.0	98	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	96	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	96	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.422	-5.5	106	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.374	6.5	94	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.381	4.8	96	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.370	7.5	93	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN092019\
Data File : BN007778.D
Acq On : 21 Sep 2019 00:43
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 21 03:34:28 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0