Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN092521\
Data File : BN016484.D
Acq On : 25 Sep 2021 20:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 26 04:16:10 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN092421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 24 03:35:41 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.298	25.5#	77	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.365	8.8	95	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.403	-0.8	104	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.399	0.3	104	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.425	-6.2	105	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.432	-8.0	125	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.395	1.3	98	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.422	-5.5	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.400	0.0	100	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.404	-1.0	100	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	93	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.385	3.8	101	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.397	0.8	99	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.431	-7.7	117	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.396	1.0	100	0.00
18		Fluorene	0.400	0.402	-0.5	103	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	94	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.227	43.3#	36	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.402	-0.5	105	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.432	-8.0	110	0.00
23		Atrazine	0.400	0.353	11.8	88	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.400	0.431	-7.7	90	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.401	-0.3	102	0.00
26		Anthracene	0.400	0.390	2.5	107	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.404	-1.0	106	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.423	-5.7	108	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
30		Pyrene	0.400	0.436	-9.0	108	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.400	0.0	99	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.408	-2.0	111	0.00
33		Chrysene	0.400	0.432	-8.0	105	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.402	-0.5	107	-0.01
35	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	108	0.00
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.357	10.8	100	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.373	6.8	102	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.428	-7.0	115	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.388	3.0	112	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.343	14.2	96	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.329	17.8	91	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4