Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN100219\
Data File : BN007966.D
Acq On : 02 Oct 2019 15:30
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 03 06:46:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	85	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.446	0.522	-17.0	118	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.204	0.327	-60.3#	90	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.377	1.331	3.3	94	0.00
5	S	Phenol-d6	1.962	1.762	10.2	96	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.133	1.462	-29.0#	125	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	88	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.350	0.397	-13.4	102	-0.01
9		Naphthalene	1.123	1.184	-5.4	93	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.236	0.261	-10.6	96	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.674	0.736	-9.2	99	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.759	0.835	-10.0	99	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	91	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.218	0.246	-12.8	123	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.647	1.587	3.6	94	-0.01
16		Acenaphthylene	2.121	2.073	2.3	99	-0.02
17		Acenaphthene	1.368	1.279	6.5	93	-0.02
18		Fluorene	1.753	1.700	3.0	96	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	89	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.243	0.255	-4.9	95	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.265	0.285	-7.5	97	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.098	0.145	-48.0#	151#	-0.01
23		Phenanthrene	1.246	1.293	-3.8	93	-0.01
24		Anthracene	1.125	1.222	-8.6	100	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.348	1.475	-9.4	98	-0.01
26		Fluoranthene	1.549	1.682	-8.6	98	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	92	-0.02
28		Pyrene	1.364	1.431	-4.9	100	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.983	1.050	-6.8	102	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.473	1.547	-5.0	101	-0.01
31		Chrysene	1.436	1.522	-6.0	100	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.758	0.822	-8.4	112	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.797	1.774	1.3	93	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	90	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.389	1.410	-1.5	97	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.373	1.407	-2.5	96	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.305	1.344	-3.0	98	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.335	1.310	1.9	93	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.321	1.311	0.8	93	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN100219\
Data File : BN007966.D
Acq On : 02 Oct 2019 15:30
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 03 06:46:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0